

Curitiba, 11 de outubro de 2023.

**Nota Técnica: 001/2023**

**Assunto: Comunicação de ampliação de estabilidade**

**Produto: Kit IBMP TR COVID Ag**

Prezados,


Informamos que os lotes 220562Z139, 220562Z140 e 220562Z141 do produto Kit IBMP TR Covid Ag, registro Anvisa nº 80780040006, apresentam estudo de estabilidade para 24 meses de validade a partir de sua data de fabricação. A extensão de validade foi aprovada pela Anvisa e os referidos lotes foram analisados pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), apresentando desempenho satisfatório. Portanto, os lotes citados têm sua validade estendida para **janeiro/2024**.

Caso necessite de ajuda, basta contactar o IBMP pelos canais de atendimento ao cliente:

E-mail: [sac@ibmp.org.br](mailto:sac@ibmp.org.br)

Telefone: 0800 400 4267

Atenciosamente,



Cristina Reinert  
Responsável Técnica